

Istituto di Istruzione Secondaria Superiore

“J. M. Keynes”

Via Bondanello, 30 - 40013 CASTEL MAGGIORE (BO)

C.F. 92001280376 - Tel. 0514177611 - Fax 051712435

e-mail: [segreteria@keynes.scuole.bo.it](mailto:segreteria@keynes.scuole.bo.it) - web: <http://keynes.scuole.bo.it>



Prot. n. 7362/C14S

Castel Maggiore, 14 novembre 2019

**Progetto PON FESR 2014-2020 “Laboratori innovativi”  
Prot. AOODGEFID/37944 del 12/12/2017 - Laboratori professionalizzanti**

Sottoazione	Codice identificativo progetto	Titolo modulo
10.8.1.B2	10.8.1.B2-FESRPN-EM-2018-25	Dalla teoria alla pratica e ritorno

Agli atti di Istituto

Spett.le Ditta

Controls Group SpA

e-mail: [jessica.vignotto@controls-group.com](mailto:jessica.vignotto@controls-group.com)  
[commerciale.controls@legal.email.it](mailto:commerciale.controls@legal.email.it)

**Oggetto: VERBALE DI COLLAUDO fornitura strumentazione tecnica – setacciatore elettro magnetico e crivelli - CIG ZCF2A3A07A - CUP E77D17000050007**

L'anno 2019 il giorno 14 del mese di novembre alle ore 16,10, presso i locali dello scrivente istituto, ha avuto inizio la riunione per procedere, in contraddittorio con il Fornitore contraente Controls Group SpA, a quanto segue, in merito alla fornitura in oggetto:

- verifica della consistenza dell'attrezzatura consegnata, di cui alla fornitura in oggetto;
- al collaudo dell'attrezzatura per la verifica della sua idoneità rispetto alle funzioni di cui alla documentazione tecnica ed al manuale d'uso nonché della sua corrispondenza alle caratteristiche e alle specifiche tecniche e di funzionalità indicate nella Vs. offerta e nell'ordine di acquisto in oggetto.

Sono presenti:

- il Prof. Liguori Stefano, in qualità di collaudatore incaricato dalla Dirigente Scolastica con nomina prot. 315/C14S del 17.01.2019;
- la DSGA Dott.ssa Gianna Magnoni.

Si prende atto che nessuno è presente per conto dell'azienda fornitrice Controls Group SpA, con sede in Via Salvo D'Acquisto n. 2/4, Liscate (MI), avvisata con ns. nota prot. 7290/C14S del 12.11.2019. Sarà cura dello scrivente istituto trasmettere all'azienda copia del presente verbale, al termine delle operazioni.

Si procede innanzitutto alla verifica della corrispondenza della consistenza dell'attrezzatura consegnata rispetto a quanto indicato nel contratto di acquisto, nonché alla verifica della sua conformità alle caratteristiche richieste e a quanto offerto dall'azienda fornitrice, come di seguito riepilogato:

# Istituto di Istruzione Secondaria Superiore

“J. M. Keynes”

Via Bondanello, 30 - 40013 CASTEL MAGGIORE (BO)

C.F. 92001280376 - Tel. 0514177611 - Fax 051712435

e-mail: [segreteria@keynes.scuole.bo.it](mailto:segreteria@keynes.scuole.bo.it) - web: <http://keynes.scuole.bo.it>



Tipologia attrezzatura	Quantità	Conforme	Non conforme
Setacciatore elettromagnetico per stacci fino a 315 mm dia. 230V, 50-60Hz, 1F	1	X	
Setaccio ISO (BS,UNI,NF,DIN) 1 mm DN 200	1	X	
Setaccio ISO(BS,NF,DIN) ap.8 mm DN 200 lam. perf.	1	X	
Setaccio ISO(BS,NF,DIN) ap.16 mm DN 200 lam. perf.	1	X	
Setaccio ISO(BS,NF,DIN) ap.31,5 mm DN200 lam. perf.	1	X	
Fondo e coperchio diametro 200 mm	1	X	

Si appura che l'attrezzatura consegnata è corrispondente a quanto ordinato.

Si constata che l'attrezzatura oggetto della fornitura in esame è:

- ⇒ stata consegnata con imballo sigillato e privo di danneggiamenti;
- ⇒ nuova di fabbrica e corredata dal relativo manuale d'istruzioni;
- ⇒ in possesso della certificazione CE apposta sull'apparecchio;
- ⇒ conforme alle disposizioni internazionali e alle norme vigenti ai fini della sicurezza degli utilizzatori;
- ⇒ in possesso delle caratteristiche tecniche previste dall'ordine d'acquisto in oggetto.

Si procede quindi al collaudo della fornitura, verificando che essa presenti le caratteristiche offerte dal fornitore e, mediante prove di funzionalità, che sia perfettamente funzionante ed adeguata alle necessità dell'istituto scrivente; in particolare è stata effettuata una prova a vuoto per verificare il funzionamento del piatto vibrante.

Al termine delle prove il collaudatore è in grado di dichiarare che la fornitura è regolare, è priva di difetti palesi che possano pregiudicarne l'utilizzo ed è idonea a svolgere le funzioni richieste. Pertanto esprime **GIUDIZIO POSITIVO**.

Alle ore 17.20 esaurite le operazioni di verifica e collaudo viene stilato il presente verbale in duplice copia originale firmato dai convenuti per conferma e sottoscrizione.

per l'ISTITUTO: Prof. Liguori Stefano

per la DITTA FORNITRICE: nessuno presente