



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE V. DANDOLO

SEDE CENTRALE: P.zza Chiesa, 2 - 25030 BARGNANO di CORZANO (BRESCIA)

Tel. 030.9718132 _ Fax. 030.9719062 _ e-mail: BSIS02200A@istruzione.it pec: BSIS02200A@pec.istruzione.it
sito web: www.iisdandolo.edu.it - C.F. 86000710177SERVIZI PER L'AGRICOLTURA E LO SVILUPPO RURALE
SERVIZI PER L'ENOGASTRONOMIA E L'OSPITALITÀ ALBERGHIERA
SETTORE ECONOMICO TECNICO "TURISMO"
PERITO TECNICO AGROALIMENTARE QUADRIENNALE SPERIMENTALESEDI COORDINATE: Orzivecchi ITT Orzivecchi GIARDINO Lonato AGRARIOAgli atti
Al sito
All'Albo

VERBALE DI COLLAUDO

Oggetto: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) REACT EU. Asse V – Priorità d’investimento: 13i – (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia”. Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia Azione 13.1.4: “Laboratori green, sostenibili e innovativi per le scuole del II° ciclo.”

**AFFIDAMENTO DIRETTO DI BENI E SERVIZI FUORI MEPA TECNO LAB
CUP: J74D22000330006 CIG: Z6E395C400**

Il giorno 28/6/2023 presso la sede centrale dell’Istituto di Istruzione Superiore “V. Dandolo” alle ore 10 il sottoscritto Prof. Giacomo Bersini collaudatore per l’Istituto, ha proceduto alla verifica funzionale della fornitura, affidata all’operatore economico TECNO-LAB S.R.L. con sede legale in VIA L. ABBIATI 22/A-B 25100 BRESCIA BS

Il materiale è giunto perfettamente integro, fornito ed installato a regola d’arte. È stata constatata la piena efficienza del prodotto che è risultato qualitativamente idoneo allo scopo a cui deve essere adibito ed esente da difetti, menomazioni o vizi che ne possono pregiudicare l’uso. È stata verificata la conformità e la rispondenza del bene elencato nella fornitura.

La risultanza di tale controllo è riportata nella seguente tabella:

Riga	Descrizione Articolo	UM	Quantità	Verifica
1	CAPPA ASPIRAZIONE MOD. CHEMIHOOD 120 - CON FILTRO HEPA E FILTRO A CARBONE ATTIVO - 120X60X80H		1	Conforme
2	VASCA DI FONDO IN ACCIAIO INOX PER CAPPETTA CHEMIHOOD 120		1	Conforme
3	TAVOLO CON RUOTE PIANO IN LAMINATO PER 120		1	Conforme

Il collaudatore passa ad effettuare una serie di test diagnostici e accerta che la fornitura risponde ai requisiti di funzionalità richiesti, pertanto il sottoscritto dichiara di avere assistito al collaudo di quanto sopra indicato e di averne verificato la regolarità ed il perfetto funzionamento.

Per i motivi di cui sopra l’esito del collaudo è **POSITIVO**.

Tutte le operazioni di collaudo terminano alle ore 12.

Letto, confermato e sottoscritto

Il collaudatore Prof. Bersini Giacomo

Il progettista Prof Nicola Guarino

Firma per presa visione del rappresentante della ditta fornitrice: